

Informace k inventarizaci přístrojů

POZNÁMKA K PROCESU INVENTARIZACE PŘÍSTROJŮ

- Proces bude zahrnovat kontrolu přístrojů, které nebyly ověřeny za posledních 395 dní
- Přístroje, které již byly ověřeny (např. během servisní údržby), jsou z inventury přístrojů vyjmuty
- Pokud přístroj není na místě nebo je potřeba jej odinstalovat, zašlete prosím žádost na info.cz@biomerieux.com

MOŽNÉ CHYBOVÉ KÓDY PŘI PŘIHLÁŠENÍ DO BIOMERIEUX+

Chybový kód	Popis	Kontakt
Error 021	Toto zákaznické číslo je již přiřazeno k účtu	logistika-czsk@biomerieux.com
Error 003	E-mailová adresa je již registrována pod jiným zákaznickým číslem NEBO je e-mailová adresa spojena s více kontakty	logistika-czsk@biomerieux.com

KROK 1:

V ZÁKAZNICKÉM PORTÁLU, PROSÍME ZVOLTE KOLONKU ‘PODPORA – PŘEHLED SYSTÉMŮ’

Poté klikněte na lupu v sekci ‘Podrobnosti k přístroji’



Q

bioMérieux
CZ
Demo/Inter...
use



PRODUKTY & ŘEŠENÍ ▾ SPRÁVA OBJEDNÁVEK ▾ ZDROJE ▾ PODPORA ▾

PŘEHLED SYSTÉMŮ

ČEKÁ NA AKCI

Vyberte umístění

všechna umístění

Adresa umístění	Název systému	Číslo systému	# z otevřených žádostí	Stav systému	VILINK	
Hvězdova 1716/2b Prague Czech Republic	SYS-AIR IDEAL	690296	0	Aktivní		
Hvězdova 1716/2b Prague Czech Republic	SYS-AIR IDEAL	690295	0	Aktivní		

Přehled systémů

Přehled systémů

Servisní smlouvy

Zadat žádost

Historie žádostí

Schůzky

Kontaktujte nás

Je-li třeba uvedený přehled přístrojů aktualizovat, prosím **Kontaktujte nás**

KROK 2 :

V SEKCI 'PODROBNOSTI K PŘÍSTROJI' KLIKNĚTE NA OTAZNÍK U SÉRIOVÉHO ČÍSLA

Podrobnosti k přístroji

[ZAVŘÍT X](#)

Vyberte umístění

Hvězdova 1716/2b, Prague, 140 78, i

Vyberte přístroj

SYS-AIR IDEAL - 690295

Přístroje

**AIRIDEAL 3P AIR SAMP 90MM
(U) - 96302U - 8385**

Softwares

System: SYS-AIR IDEAL

 **Požádat o aktualizaci**

Smlouvy o údržbě

Správa databáze přístrojů

Název smlouvy	Platnost do	Souvisící servisní smlouva	Status	Status obnovení servisní smlouvy
---------------	-------------	----------------------------	--------	----------------------------------

⚠ Vezměte prosím na vědomí, že v současné době není uzavřena žádná smlouva na tento systém. Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti bioMérieux prostřednictvím [Kontaktujte nás](#)

Přístroj: AIRIDEAL 3P AIR SAMP 90MM (U) - 96302U

 **Otevřít požadavek**

Identifikace přístroje

Související požadavky

Servisní návštěvy

Servisní reporty

Dokumentace

Status	Datum instalace	Sériové číslo	Sériové číslo - Datum poslední kontroly
Active	13. 9. 2018 02:00	8385 	30. 9. 2024

Pokud není sériové číslo správné, klikněte sem [Požádat o aktualizaci](#)

KROK 3:

VARIANTA A → SÉRIOVÉ ČÍSLO JE V POŘÁDKU, POTVRZENÍ BEZE ZMĚNY

Potvrzení sériového čísla

ZAVŘÍT X

Potvrzujete, že je sériové číslo přístroje správné?

AIRIDEAL 3P AIR SAMP 90MM (U) - 96302U

8385

Vezměte prosím na vědomí, že potvrzení sériového čísla je vyžadováno nejméně jednou měsíčně.

Zrušit

Potvrdit

VARIANTA A → SÉRIOVÉ ČÍSLO JE V POŘÁDKU, POTVRZENÍ BEZE ZMĚNY





ROW Demo Industry

PRODUKTY & ŘEŠENÍ ▾ ORDER MANAGEMENT ▾ RESOURCES ▾ SUPPORT ▾

PŘEHLED SYSTÉMŮ

ČEKÁ NA AKCI

Vyberte umístění

☒	Název systému	Adresa umístění	Spojené s	Sériové číslo	Poslední datum kontroly sériové	Žádost o aktualizaci
	VITEK 2 COMPACT 60 INDUSTRY - 27660	Databankweg 26 Amersfoort Netherlands	SYS-VITEK C 0060	VK2C3631	20/11/2023	

POTVRŤTE SÉRIOVÉ ČÍSLO



KROK 4:

VARIANTA B → SÉRIOVÉ ČÍSLO JE CHYBNÉ - PROSÍME PODEJTE ŽÁDOST O AKTUALIZACI

Podrobnosti k přístroji

ZAVŘÍT

Vyberte umístění

Hvězdova 1716/2b, Prague, 140 78, i

Vyberte přístroj

SYS-AIR IDEAL - 690295

Přístroje

AIRIDEAL 3P AIR SAMP 90MM (U) - 96302U - 8385

Softwares

Systém: SYS-AIR IDEAL

Požadat o aktualizaci

Smlouvy o údržbě

Správa databáze přístrojů

Název smlouvy

Platnost do

Související servisní smlouva

Status

Status obnovení servisní ...

⚠ Vezměte prosím na vědomí, že v současné době není uzavřena žádná smlouva na tento systém. Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti bioMérieux prostřednictvím [Kontaktujte nás](#)

Přístroj: AIRIDEAL 3P AIR SAMP 90MM (U) - 96302U

Otevřít požadavek

Identifikace přístroje

Související požadavky

Servisní návštěvy

Servisní reporty

Dokumentace

Status	Datum instalace	Sériové číslo	Sériové číslo - Datum poslední kontroly
Active	13. 9. 2018 02:00	8385	20. 7. 2026

Pokud není sériové číslo správné, klikněte sem

Požádat o aktualizaci

BIOMÉRIEUX

8

VARIANTA B → SÉRIOVÉ ČÍSLO JE CHYBNÉ – PROSÍME PODEJTE ŽÁDOST O AKTUALIZACI

PRODUKTY & ŘEŠENÍ ▾

SPRÁVA OBJEDNÁVEK ▾

ZDROJE ▾

PODPORA ▾

CHTĚL BYCH POŽÁDAT O ZMĚNU V DATABÁZI PŘÍSTROJŮ

* Requester Name

CP TESTING

* Systém

SYS-AIR IDEAL

Přístroj

AIRIDEAL 3P AIR SAMP 90MM (U) - 96302U (SN: 8385) ▾

* Typ úpravy

Oprava sériového čísla ▾

* Požadované změny

Popište požadovanou úpravu

Potvrdit

POZNÁMKA: O AKTUALIZACI UMÍSTĚNÍ A ÚDAJŮ JE MOŽNÉ ZAŽÁDAT V SEKCI ŽÁDOST O AKTUALIZACI





ROW Demo Industry

PRODUKTY & ŘEŠENÍ ▾ORDER MANAGEMENT ▾RESOURCES ▾SUPPORT ▾

PŘEHLED SYSTÉMŮ

ČEKÁ NA AKCI

Vyberte umístění

všechna umístění ▾

☐	Název systému	Adresa umístění	Spojené s	Sériové číslo	Poslední datum kontroly sériové	Žádost o aktualizaci
☐	VITEK 2 COMPACT 60 INDUSTRY - 27660	Databankweg 26 Amersfoort Netherlands	SYS-VITEK C 0060	VK2C3631	20/11/2023	

POTVRŤTE SÉRIOVÉ ČÍSLO





PIONEERING DIAGNOSTICS