

Eszközleltár elvégzésére vonatkozó útmutató

INFORMÁCIÓ AZ ESZKÖZLELTÁR ELVÉGZÉSÉHEZ

- Az elmúlt 395 napban nem ellenőrzött eszközök kerülnek lekérdezésre.
- Azok az eszközök, amelyeket már tanúsítottak, például karbantartás során, nem részei az eszközlertárnak.
- Ha az eszköz nincs a helyén, vagy el kell távolítani, kérjük, küldjön egy kérelmet a ugyfelszolgalat.hu@biomerieux.com címre.


LEHETSÉGES HIBAKÓDOK A BIOMERIEUX+ RENDSZERBE VALÓ BEJELENTKEZÉSKOR

Hibakód	Leírás	Kapcsolat
Error 021	Ez az ügyfélszám már hozzá van rendelve egy fiókhoz.	ugyfelszolgalat.hu@biomerieux.com
Error 003	Az e-mail cím már regisztrálva van egy másik ügyfélszám alatt VAGY az e-mail cím több kapcsolattartóhoz is regisztrálva van.	ugyfelszolgalat.hu@biomerieux.com

1. LÉPÉS: AZ ÜGYFÉLPORTÁLON KATTINTSON A „TÁMOGATÁS” FÜLRE.



Böngésszen katalógusunkban



Bejelentések

Üdvözljük bioMérieux online portálján!

Kiemelt elemek



2. LÉPÉS: KATTINTSON A „RENDSZER ÁTTEKINTÉSE” LEHETŐSÉGRE A LEGÖRDÜLŐ MENÜBEN

The screenshot shows the bioMérieux website interface. At the top, there is a search bar with the placeholder text "Adja meg a kulcsszót vagy az SKU számot" and a search icon. To the right of the search bar, there are icons for user profile, notifications, and a shopping cart. The main navigation bar includes links for "TERMÉKEK ÉS MEGOLDÁSOK", "Megrendelés kezelés", "Források", and "TÁMOGATÁS". A dropdown menu is open under "TÁMOGATÁS", showing options: "Rendszerek áttekintése", "Szervíz szerződések", "Indítson egy igényt", "Előzmény kérése", "Időpontok", and "Lépjön velünk kapcsolatba". The "Rendszerek áttekintése" option is highlighted. Below the navigation bar, there is a section titled "Böngésszen katalógusunkban" with four image-based links: "Klinikai diagnosztika", "Ponton végzett vizsgálat", "Élelmiszerbiztonság és minőség", and "Pharm Minőségellenőrzés". Below this, there is a "Bejelentések" section with a welcome message: "Üdvözöljük bioMérieux online portálján!". To the right, there is a "Kiemelt elemek" section displaying four products: "BACT/ALERT® i FA PLUS 412990", "BACT/ALERT® i FN PLUS 412991", "API® Coryne 20900", and "VITEK® 2 GN 21341". At the bottom, there is a message: "Pokud není sériové číslo správné, klikněte sem Požadat o aktualizaci".

bioMérieux
HU
Demo/Inter...
use

Adja meg a kulcsszót vagy az SKU számot

TERMÉKEK ÉS MEGOLDÁSOK ▼ Megrendelés kezelés ▼ Források ▼ TÁMOGATÁS ▼

Rendszerek áttekintése

Szervíz szerződések

Indítson egy igényt

Előzmény kérése

Időpontok

Lépjön velünk kapcsolatba

Rendszerek áttekintése

Böngésszen katalógusunkban

Klinikai diagnosztika

Ponton végzett vizsgálat

Élelmiszerbiztonság és minőség

Pharm Minőségellenőrzés

Bejelentések

Üdvözöljük bioMérieux online portálján!

Kiemelt elemek

BACT/ALERT® i FA PLUS 412990

BACT/ALERT® i FN PLUS 412991

API® Coryne 20900

VITEK® 2 GN 21341

Pokud není sériové číslo správné, klikněte sem Požadat o aktualizaci

3. LÉPÉS: A KÖVETKEZŐ NÉZETBEN KATTINTSON A „FÜGGŐ TEVÉKENYSÉKEK” FÜLRE.



Adja meg a kulcsszót vagy az SKU számot

bioMérieux
HU
Demo/Inter...
use



TERMÉKEK ÉS MEGOLDÁSOK ▾ Megrendelés kezelés ▾ Források ▾ TÁMOGATÁS ▾

RENDSZEREK ÁTTEKINTÉSE

Függő tevékenységek

Függő tevékenységek

Helyszín kiválasztása összes helyszín ▾

Helyszín címe	Rendszer neve	Rendszer száma	Nyitott kérések száma	Rendszer státusz	VLINK	Rendszer részletei
Hiányzik egy rendszer, vagy el kell távolítani? Kérjük, küldje el kérését a Kapcsolat						



GNOSZTIKA ÚTTÖRŐJE

Egyéb Weboldalak

bioMérieux Karrier

bioMérieux klinikai diagnosztika

BioFire Diagnosztika

bioMérieux Iar

bioMérieux helyi webhelyek

Tudományos szakkifejezések szójegyzéke



4. LÉPÉS:

LEHETŐSÉG A → HA NINCS SZÜKSÉG MÓDOSÍTÁSOKRA, KATTINTSON AZ ADOTT ESZKÖZRE, ÉS ERŐSÍTSE MEG A MÓDOSÍTÁSOKAT.

The screenshot displays the BIOMÉRIEUX web application interface. At the top, there is a navigation bar with the BIOMÉRIEUX logo, a search bar, and user icons. Below this is a dark blue header with navigation links: PRODUCTS & SOLUTIONS, ORDER MANAGEMENT, RESOURCES, and SUPPORT. The main content area shows the 'PENDING ACTIONS' tab selected. A search bar and a location dropdown are present. Below these is a table with the following columns: Equipment Name, Location Address, Linked to, Serial Number, Serial Number Last Check Date, and Request Update. The first row of the table is highlighted, and a yellow hand icon points to the 'Request Update' button in this row. At the bottom right, a blue button labeled 'CONFIRM SERIAL NUMBER' is highlighted with another yellow hand icon.

	Equipment Name	Location Address	Linked to	Serial Number	Serial Number Last Check Date	Request Update
☒	ARROW - EASYMAG W7 COMPUTER HP RP5800 - 419721	your address	SYS-easyMAG	serialnumber	2023-12-04	
☐	BTA3D COMBO MOD RIGHT [U] - 200290U	your address	SYS-BacTIALERT 3D 0120	serialnumber	2023-07-18	
☐	KIT DENSICHEK PLUS INSTRUMENT - 21250	your address	SYS-VITEK 2 0120	serialnumber	2017-09-14	
☐	KIT DENSICHEK PLUS INSTRUMENT - 21250	your address	SYS-VITEK 2 0120	serialnumber	2014-09-22	

CONFIRM SERIAL NUMBER

LEHETŐSÉG B → KATTINTSON A KÍVÁNT RENDSZERRE, ÉS KÉRJEN FRISSÍTÉST, HA SZÜKSÉGES.





PRODUCTS & SOLUTIONS ▾ ORDER MANAGEMENT ▾ RESOURCES ▾ SUPPORT ▾

SYSTEMS OVERVIEW

PENDING ACTIONS

Choose location

all locations

☐	Equipment Name	Location Address	Linked to	Serial Number	Serial Number Last Check Date	Request Update
☐	ARROW - VITEK MS RP5800 ACQ PC KIT CLI - 418884	your address	SYS-VITEK MS	serialnumber	2023-12-28	
☐	INCUB MOD RGHT W/RACKS 3D [UJ] - 210161U	your address	SYS-BacT/ALERT 3D 0480	serialnumber	2024-01-16	
☐	INCUBATOR MOD LEFT W/RACKS 3D - 210159	your address	SYS-BacT/ALERT 3D 0480	serialnumber	2023-12-28	
☐	INCUBATOR MOD RGHT W/RACKS 3D - 210161	your address	SYS-BacT/ALERT 3D 0960	serialnumber	2023-12-28	
☐	INCUBATOR MOD RGHT W/RACKS 3D - 210161	your address	SYS-BacT/ALERT 3D 0480	serialnumber	2023-12-28	
☐	MINI VIDAS - 410416	your address	SYS-MiniVIDAS	serialnumber	2024-02-07	
☐	VITEK 2 MODULE EU - 27202	your address	SYS-VITEK 2 0180	serialnumber	2024-02-12	

5. LÉPÉS:

KÉRJÜK, VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ MÓDOSÍTÁST/FRISSÍTÉST AZ ESZKÖZÉN. (ÁLLAPOT, STÁTUSZ, HIBÁS GYÁRI SZÁM, HELY MÓDOSÍTÁSA)



Universitt
Wrzburg
Inst. f.
Hygiene u.
Mikrob./Bau
E1



PRODUCTS & SOLUTIONS ▾ Megrendels kezels ▾ Forrsok ▾ TMOGATS ▾

MÓDOSÍTÁSOK MEGNYITÁSA A GÉPPARKOMON

Mdosítsi tpus	Rendszer/Kszlk	Megnyits dtuma/	Sttusz
Sttusz	INCUBATOR MOD ...	9.4.2025, 13:52	Submitted

SZERETNK MÓDOSÍTÁST KÉRNI A TELEPÍTETT GÉPPARKOMON

* Requester Name

ContactDE Test

* Rendszer

SYS-VITEK MS

Kszlk

ARROW - VITEK MS RP5800 ACQ PC KIT CLI - 418884 (SN: CZC6169CXN)

* Mdosítsi tpus

--Nincs tallat--

Pozíció llapota

Sttusz

Pozíció llapota

Gyrisszm javítás

Rendszer helyszn mdosítás

Give Feedback



MEGJEGYZÉS: HA MEGVÁLTOZTATJA AZ ESZKÖZ HELYÉT, AZ ALÁBBI AK SZERINT KÉRHETI AZT:



Adja meg a kulcsszót vagy az SKU számot



Universität
Würzburg
Inst. f.
Hygiene u.
Mikrob./Bau
E1



PRODUCTS & SOLUTIONS

Megrendelés kezelés

Források

TÁMOGATÁS

MÓDOSÍTÁSOK MEGNYITÁSA A GÉPPARKOMON

Módosítási típus	Rendszer/Készülék	Megnyitás dátuma/	Státusz
Státusz	INCUBATOR MOD ...	9.4.2025, 13:52	Submitted

SZERETNÉK MÓDOSÍTÁST KÉRNI A TELEPÍTETT GÉPPARKOMON

* Requester Name

ContactDE Test

* Rendszer

SYS-VITEK MS

Készülék

ARROW - VITEK MS RP5800 ACQ PC KIT CLI - 418884 (SN: CZC6169CXN)

* Módosítási típus

Rendszer helyszín módosítás

* Kért módosítások

A készülék új címre került:
1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-48.



Give Feedback

Elküldés

KÉRJÜK, KATTINTSON AZ ELKÜLDÉS GOMBRA A MÓDOSÍTÁSOK IGÉNYLÉSÉHEZ



Adja meg a kulcsszót vagy az SKU számot



Universität
Würzburg
Inst. f.
Hygiene u.
Mikrob./Bau
E1



PRODUCTS & SOLUTIONS ▾ Megrendelés kezelés ▾ Források ▾ TÁMOGATÁS ▾

MÓDOSÍTÁSOK MEGNYITÁSA A GÉPPARKOMON

Módosítási típus	Rendszer/Készülék	Megnyitás dátuma/	Státusz
Státusz	INCUBATOR MOD ...	9.4.2025, 13:52	Submitted

SZERETNÉK MÓDOSÍTÁST KÉRNI A TELEPÍTETT GÉPPARKOMON

* Requester Name

ContactDE Test

* Rendszer

SYS-VITEK MS

Készülék

ARROW - VITEK MS RP5800 ACQ PC KIT CLI - 418884 (SN: CZC6169CXN)

* Módosítási típus

Rendszer helyszín módosítás

* Kért módosítások

A készülék új címre került:
1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-48.

Give Feedback

Elküldés



KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT



PIONEERING DIAGNOSTICS