

# Instrukcja przeprowadzenia inwentaryzacji aparatów w portalu klienta



# Po zalogowaniu się do portalu klienta, z menu wybierz opcję WSPARCIE a następnie PRZEGLĄD SYSTEMÓW



Wpisz słowo kluczowe lub kod SKU



PRODUKTY ▾ ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI ▾ ŹRÓDŁA ▾ WSPARCIE ▾

Przegląd systemów

Umowy serwisowe

Utwórz zapytanie

Uzyskaj dostęp do historii

Wizyty

Skontaktuj się z nami

Pobierz nasz katalog

DIAGNOSTYKA  
KLINICZNA

BADANIA  
WYKONYWANE W...

ŻYWNOŚĆ -  
BEPIECZEŃSTWO...

FARMACJA  
KONTROLA...

## Powiadomienia

Witamy na portalu internetowym bioMérieux!

## Polecane produkty



FilmArray®  
Gastrointestinal  
(GI) Panel  
RFIT-ASY-0116



BIOFIRE®  
SPOTFIRE®  
Respiratory/Sore  
Throat (R/ST)  
Panel  
423485



VITEK® 2 GN  
21341



VITEK® 2 GP  
21342

Następnie przejdź do opcji OCZEKUJĄCE DZIAŁANIA i w kolumnie POPROŚ O AKTUALIZACJĘ na poziomie każdego wystawianego sprzętu kliknij 



Wpisz słowo kluczowe lub kod SKU



PRODUKTY ▾

ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI ▾

ŹRÓDŁA ▾

WSPARCIE ▾

PRZEGLĄD SYSTEMÓW

OCZEKUJĄCE DZIAŁANIA

OCZEKUJĄCE DZIAŁANIA

Search equipment name

Wybierz lokalizację

wszystkie lokalizacje

| <input type="checkbox"/> | Nazwa sprzętu                                         | Adres instalacji urządzenia | Połączone z           | Numer seryjny | Data ostatniego sprawdzenia nu | Poproś o aktualizację                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | COMPUTER PC FOR APILAB - 28021                        |                             | SYS-FILMARRAY TORCH 2 | 230830X0319   | 2023-10-09                     |   |
| <input type="checkbox"/> | FILMARRAY TORCH MODULE BOX (W) - HTFA-ASY-0003-W      |                             | SYS-FILMARRAY TORCH 2 | KTM20228      | 2023-10-09                     |  |
| <input type="checkbox"/> | FILMARRAY TORCH MODULE BOX (W) - HTFA-ASY-0003-W      |                             | SYS-FILMARRAY TORCH 2 | KTM20266      | 2023-10-09                     |  |
| <input type="checkbox"/> | FILMARRAY TORCH SYSTEM BASE BOX (W) - HTFA-ASY-0001-W |                             | SYS-FILMARRAY TORCH 2 | KTB05254      | 2023-10-09                     |  |

Jeśli potwierdzasz, że wybrane urządzenie jest używane i przypisany numer seryjny zgadza się z rzeczywistym na urządzeniu, pozostaw opcję --BRAK-- w menu TYP MODYFIKACJI i kliknij **Wyślij**



PRODUKTY ▾ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI ▾SZUKAJ ▾ŻRÓDŁA ▾WSPARCIE ▾

### OTWARTE ZGŁOSZENIA MODYFIKACJI BAZY INSTALACYJNEJ

| Typ modyfikacji | System/Urządzenia | Data/Godzina utworze | Status |
|-----------------|-------------------|----------------------|--------|
|-----------------|-------------------|----------------------|--------|

### PROSZĘ O ZMIANĘ W BAZIE INSTALACYJNEJ

\* Requester Name

Sylwester Farbiszewski

\* System

SYS-FILMARRAY TORCH 2

Urządzenie

COMPUTER PC FOR APILAB - 28021 (SN: 230830X0319) ▾

\* Typ modyfikacji

--Brak-- ▾

proszę uzupełnić

\* Opis zmiany

Opis zmiany

**Wyślij**

Jeśli chcesz dokonać modyfikacji, w menu TYP MODYFIKACJI z listy rozwijanej wybierz odpowiednią opcję







WITAMIN

PRODUKTY ▾

ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI ▾

ŹRÓDŁA ▾

WSPARCIE ▾

OTWARTE ZGŁOSZENIA MODYFIKACJI BAZY INSTALACYJNEJ

| Typ modyfikacji | System/Urządzenia | Data/Godzina utworze | Status |
|-----------------|-------------------|----------------------|--------|
|-----------------|-------------------|----------------------|--------|

PROSZĘ O ZMIANĘ W BAZIE INSTALACYJNEJ

\* Requester Name

Sylwester Farbiszewski

\* System

SYS-FILMARRAY TORCH 2

Urządzenie

COMPUTER PC FOR APILAB - 28021 (SN: 230830X0319) ▾

\* Typ modyfikacji

Status ▾

Status pozycji

✓ Status

Zmiana numeru serii

Zmiana lokalizacji

Inny

Software update





następnie w polu OPIS ZMIANY, wpisz odpowiedni komentarz i kliknij

Wyślij

BIOMÉRIEUX

Wpisz słowo kluczowe lub kod SKU



PRODUKTY ▾

ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI ▾

ŹRÓDŁA ▾

WSPARCIE ▾

## OTWARTE ZGŁOSZENIA MODYFIKACJI BAZY INSTALACYJNEJ

Typ modyfikacji

System/Urządzenia

Data/Godzina utworze

Status

## PROSZĘ O ZMIANĘ W BAZIE INSTALACYJNEJ

\* Requester Name

Sylwester Farbiszewski

\* System

SYS-FILMARRAY TORCH 2

Urządzenie

COMPUTER PC FOR APILAB - 28021 (SN: 230830X0319)

\* Typ modyfikacji

Status

\* Opis zmiany

Urządzenie nie jest używane i jest nieaktywne.



Wyślij



**Dziękujemy za współpracę.**